




**Prefeitura Municipal  
da Estância de Socorro**

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE  
**SOCORRO**  
TRABALHO DE TODOS  
ADMINISTRAÇÃO 2013-2016

02/2

Socorro, 13 de Abril de 2015



Ofício 291/2015

Em resposta ao Processo 030/2015/PMES - Pregão Presencial nº 011/2015, referente a aquisição de um mamógrafo e um digitalizador e ao protocolo 4603/2015, encaminhado pela empresa IBF – Industria Brasileira de Filmes S/A;

Considerando o questionamento da empresa e apuração pelo órgão, decidiu-se que não será alterada, continuando a solicitação de Impressora DRY (LASER) e descartar dry térmica, pois a impressora Dry Térmica possuem uma durabilidade menor do que as impressoras Dry Laser, devido a sua necessidade de aquecimento constante ocasionando um desgaste maior, deste modo haverá um custo futuro maior para a Prefeitura de Socorro, com manutenções desta modalidade de impressão, acarretando prejuízos aos paciente.

Sem mais,

Atenciosamente,

  
Josué Ricardo Lopes  
Secretário de Saúde de Socorro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

(o) Licitação  
para os devidos fins.

Em 15 de Abril de 2015

  
Christiane Gurgel Barbosa  
Chefe de Gabinete

À  
Divisão de Licitações  
Sílvia Carla Rodrigues de Moraes  
Pregoeira

\*\*\*\*\* PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO \*\*\*\*\*  
OFP 146.424.065/0001-38 PROTOCOLO 15-ABR-2015 08:56 005431 1/2