



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHO DE TODOS
ADMINISTRAÇÃO 2013-2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

A(o) Licitação Socorro, 13 de Abril de 2015


para os devidos fins.

Ofício 293/2015

Em 15 de 04 de 2015

Christiane Cargel Barbosa
Chefe de Gabinete

Em resposta ao Ofício nº 030/2015/PMES - Pregão Presencial nº 011/2015, referente a aquisição de um mamógrafo e um digitalizador, encaminhado pela empresa Siemens Ltda



RELATÓRIO:

No dia 26 de Março de 2015 a empresa Siemens LTDA encaminhou ofício, solicitando esclarecimentos relacionados ao edital do Pregão Presencial nº 011/2015.

Um dos itens constantes do citado ofício, embora nominado com uma solicitação de esclarecimento tem natureza de impugnação e, portanto, será respondido como tal.

A seguir serão apresentados os questionamentos feitos pela empresa Siemens LTDA, bem como o item caracterizado como impugnação, seguidos das respostas.

PRIMEIRO QUESTIONAMENTO APRESENTADO

“Do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

(Faixa de KV mínima de: 21ª 32 KV, COM SENSIBILIDADE DE 1 KV);:

RESPOSTA DO PREGOEIRO

Considerando o questionamento da empresa Siemens LTDA e a apuração feita pelo órgão, decidiu-se que o ANEXO II (Termo de Referência) e do ANEXO ÚNICO da minuta de contrato do edital do Pregão Presencial nº 11/2015 não será alterada, pois a solicitação de **Faixa de KV mínima de: 21ª 32 KV, COM SENSIBILIDADE DE 1 KV;** tem como objetivo uma melhor penetração usando uma maior a energia dos raios X diminuindo assim a exposição do paciente, ainda podemos citar 03 (três) empresas que atendem essa solicitação conforme abaixo:

Lorad modelo - M-IV - KV 20-39

Philips modelo - GraphMammo - KV 20-35

Shimadzu - modelo - Sophie - KV 20-35