




03/08

SEGUNDO QUESTIONAMENTO APRESENTADO

“Do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA



Indicador em display digital de KV, Ma, tempo de maS

Considerando o questionamento da empresa Siemens LTDA e a apuração feita pelo órgão, decidiu-se que o ANEXO II (Termo de Referência) e do ANEXO ÚNICO da minuta de contrato do edital do Pregão Presencial nº 11/2015 não será alterada, pois a solicitação de **Indicador em display digital de KV, Ma, tempo de maS**; é de vital importância para o técnico (usuário) no manuseio e a precisão dos parâmetros programáveis visual.

TERCEIRO QUESTIONAMENTO APRESENTADO

“Do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

Rotação isocêntrica mínima de -180° / +180°

Considerando o questionamento da empresa Siemens LTDA e a apuração feita pelo órgão, decidiu-se que o ANEXO II (Termo de Referência) e do ANEXO ÚNICO da minuta de contrato do edital do Pregão Presencial nº 11/2015 não será alterada pois essa solicitação teria vital importância em exames em pacientes com mamas de diferentes tamanhos pois essa rotação seria igual para ambos lados e teria uma leitura igual de ambas as partes da mama, o que também facilitaria posicionamento em exames com incidências Crânio Caudal (CC) pois a rotação solicitada é de vital importância para apresentar toda a área de parênquima, QI e QE, atrás do parênquima a área de gordura e mais posteriormente o músculo peitoral.