



ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

PROCESSO Nº 104/2016/PMES PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2016

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Lanceta, Fita Reagente, Seringa de Insulina e Glicosímetros.

PREÂMBULO

No dia 09 de fevereiro de 2017, às 10h00min, reuniram-se nas dependências do Centro de Saúde II, situada à Avenida José Maria de Faria, nº 71, Centro, Socorro, SP, a Comissão para análise dos materiais, composta pelos membros, Ana Paula Rodrigues, Caroline Rosiane M. Monteiro, Kelly Silva Xavier, designados através da **Portaria 7436/2017**, para avaliação dos materiais.

REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu a avaliação da amostra apresentada pela empresa: CIRÚRGICA FERNANDES foi avaliado a amostra individualmente por cada membro presente e discutido pela comissão os pareceres da amostra.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 - Para fins de avaliação técnica das amostras dos materiais e/ou produtos apresentados serão analisados os seguintes itens:

- * Densidade do produto;
- * Durabilidade e Resistência;
- * Rentabilidade;
- * Composição Química nos termos do Edital;
- * Especificações nos termos do Edital;
- * Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da seguinte metodologia:
 - Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;
 - Verificação através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade;
- * Realização de testes para averiguar a qualidade.



- * Apresentação - Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto.

Serão, considerados aprovados, apenas os produtos e/ou materiais que obtiverem índice igual ou superior a **80% (oitenta por cento)** de aceitabilidade.

Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, fica estabelecido o seguinte critério:

- Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima, atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte nomenclatura:
- **Q = NOTA ATRIBUÍDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;**
- **D = NOTA ATRIBUÍDA À DURABILIDADE;**
- **R = NOTA ATRIBUÍDA À RENTABILIDADE;**
- **C/B = NOTA ATRIBUÍDA AO CUSTO/BENEFÍCIO;**
- **EMB = NOTA ATRIBUÍDA À EMBALAGEM;**
- **COMP. = NOTA ATRIBUÍDA À COMPOSIÇÃO;**

Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação					
Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.
9,5	8	8,5	9	8	10

- O próximo campo a ser preenchido será o da média aritmética seguindo a seguinte fórmula: Soma das notas estabelecidas nos itens acima especificados e divididas por 06 (seis);

Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação						Média
Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.	
9,5	8	8,5	9	8	10	8,833
8	7	8	8	8	9	8

- A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada a nota média, sendo que para mensuração desta porcentagem deverá ser multiplicada a nota da média pelo fator 10 (DEZ).

Ex:

Média: 8,833

Percentual: $8,833 \times 10 = 88,33\%$

- Para fins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com a especificação do produto, o nº do item ao qual corresponde e sua marca;
- O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:

(Handwritten signatures and initials)



- Quando o item for considerado compatível com as necessidades do setor solicitante, será considerado **APROVADO**, devendo constar a seguinte expressão **(A)**;
- Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante, será considerado **REPROVADO**, devendo constar a seguinte expressão **(R)**;

EXEMPLO:

1) Avaliação de cada produto e/ou material:

Item	Produto	Marca	Notas da Comissão Avaliação						Média	% de Aceitação	(A) Aprovado (R) Reprovado
			Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.			
01	CURATIVO OCLUSIVO	ABC	9,5	8	8,5	8,5	8	10	8,75	87,5%	(A)
02	CURATIVO EM GEL	Y	8	7	8	8	8	9	8	80	(A)

2) Avaliação Geral de cada produto e/ou material:

Produto	Empresa	Notas da Comissão Avaliação						Média	% de Aceitação	(A) Aprovado (R) Reprovado
		Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.			
CURATIVO	XY	7	5	7	7	5	5	6	60	(R)

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou os laudos de análise, individualmente por empresa, sendo os mesmos laudos anexados a presente ata.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presente ata será disponibilizada, em sua íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), no link de licitações/comunicados para ciência dos interessados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Toda a sessão transcorreu de forma tranqüila, não havendo nenhum fato que merecesse ser mencionado.

(Handwritten signatures)



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



Kelli C. da S. Xavier
Enfermeira
COREN 477190
Nome: *Kelli Cristino da S. Xavier*
Membro da Comissão

Ana Paula Rodrigues de Góes da
Nome: _____
Membro da Comissão

Carolina R. M. Monteiro
Nome: *Carolina R. M. Monteiro*
Membro da Comissão
Enfermeira
COREN 0140666
Ex. 455344



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Avenida José Maria de Faria, nº 71 - centro - Socorro - SP
C.N.P.J. : 46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA
EXERCÍCIO DE 2017

Nº CONTROLE	8
-------------	---

pág. 01/01

Data: Socorro, 08 de fevereiro de 2017

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2016

Forneecedor:	CIRURGICA FERNANDES				
Endereço:	ALAMEDA AFRICA, 570				
Bairro:	SANTANA DO PARNAIBA				
CEP:					
E-mail:	licitacoes@cfenandes.com.br				
I. E. nº:	109.793.403.114				
	6543306	Fone:	11 41520500	Cidade:	SÃO PAULO
		UF:	SP - São Paulo		
			CNPJ nº:	61418042/001-31	

Item	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação					Média	% de Aceitação	Resultado Final
			Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.		
2	Lanceta retrátil. Em aço inoxidável calibre de 28g, 0.36mm com lâmina perfuro cortante auto retrátil, não permitindo ser remontada ou reutilizada, e que dispense o uso de lancetador. Em conformidade com NR 32 do Ministério do Trabalho e Anvisa. Com registro no Ministério da Saúde.	STERILANCE	8	8	8	9	9	9	90%	APROVADO

ANOTAÇÕES TÉCNICAS: Compa rato os critérios e produto atende todas as exigências, demonstrando um excelente custo benefício.

Kelli C. dos Reis
Kelli C. dos Reis
Enfermeira
COREN 477190

Carolina Roseane Mazoline Monteiro
Membro da Comissão
Carolina R. M. Monteiro
Enfermeira
COREN 0140666

Ana Paula Rodrigues
Ana Paula Rodrigues
Membro da Comissão



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Avenida José Maria de Faria, 71- centro - Socorro - SP
C.N.P.J. : 46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA

EXERCÍCIO DE 2017

Nº CONTROLE

8

Data:

09/02/2017

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE AMOSTRAS -
PROCESSO Nº 104/2016/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2016**

Fornecedor:	CIRURGICA FERNANDES		
Endereço:	ALAMEDA AFRICA, 570		
Bairro:	SANTANA DO PARNAIBA	Cidade:	SÃO PAULO
CEP:	6543306	Fone:	11 41520500
E-mail:	licitacoes@fernandes.com.br	UF:	SP - São Paulo
I. E. nº:	109.793.403.114	CNPJ nº:	61418042/001-31

Produtos		contendo os itens abaixo descritos:	
Item	Especificação do Produto	Marca(s) Ofertada(s)	
7	Lanceta retrátil. Em aço inoxidável calibre de 28g, 0,36mm com lâmina perfuro cortante auto retrátil, não permitindo ser remontada ou reutilizada, e que dispense o uso de lancetador. Em conformidade com NR 32 do Ministério do Trabalho e Anvisa. Com registro no Ministério da Saúde.	STERRILANCE	

Observações:

☐	que com um "X" no espaço desejado
☐	Foram entregues os produtos nas quantias e termos solicitados no edital.
☒	Os produtos NÃO FORAM ENTREGUES nas quantias e termos solicitados no edital, conforme observações acima.

ATENÇÃO!!! Este comprovante de recebimento de amostras **NÃO** serve como garantia de que os materiais serão aprovados, uma vez que os mesmos serão analisados por Comissão Especial, este documento se trata de mero recibo para comprovação de entrega de amostras.