



**Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**

Avenida José Maria de Faria, nº 71 - centro - Socorro - SP  
C.N.P.J. : 46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA

**EXERCÍCIO DE 2018**

Nº CONTROLE

1

pág. 01/02

Data: Socorro, 30 de junho de 2018


**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS  
PROCESSO Nº046/2018/PMES  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018**


<b>Fornecedor:</b>	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
<b>Endereço:</b>	RUA UMBÚ, Nº 219						
<b>Bairro:</b>	ALPHAVILLE			<b>Cidade:</b>	CAMPINAS		
<b>CEP:</b>	13098-325			<b>Fone:</b>	19 32620949		
<b>E-mail:</b>	CHOLMED@CHOLMED.COM.BR			<b>UF:</b>	SP - São Paulo		
<b>I. E. nº:</b>	244.672.423.119			<b>CNPJ nº:</b>	075690290001/38		


Item	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Média	% de Aceitação	Resultado Final
			7	D	R	C/B	EMB.	COMP.			
2	Bandagem Elástica, Flexível, De Gaze Branca Com 14% De Poliéster, 6% Algodão, Impregnada Com Pasta Não Solidificável Com 25% De Óxido De Zinco, 5% De Óleo De Ricino, 15% De Petrolato, 20% De Glicerol E 15% De Água, Na Medida 10,16 Cm X 9,14 Metros. Será Exigido Do Licitante Vencedor O Laudo Do IPT Comprovando as Porcentagens dos Componentes da Fórmula. Classe de Risco III. Caixa Com 12 Unidades	Flexi- Dress /Convatec	8	10	8	8	10	7	8,5	85%	(A) Aprovado
3	Hidrogel Com Ácido Bórico: Gel Hidratante Não Estéril, Composto Por Ácido Bórico, Alginato De Cálcio E Sódio, Hidantoina, Água Purificada, Propilenoglicol, Carbômero 940, Trietanolamina, Sorbato De Potássio E Carboximetilcelulose Sódica. Tubo De 85 Gs.	Saf-Gel /Convatec	10	10	10	8	9	8	9,2	92%	(A) Aprovado
4	Curativo De Hidrocolóide Com Espuma De Poliuretano Com Espessura Homogênea. O Curativo É Estéril E Composto Por Uma Camada Interna Com 3 Hidrocolóides (Gelatina, Pectina E Cmc Sódica), Polissobutileno E Polímeros Elastoméricos Adicionados À Fórmula Para Controle Da Formação Do Gel. Com Uma Camada Externa De Espuma De Poliuretano Que Oferece Uma Barreira Bacteriana/Viral Comprovada e Espessura de 2,5 Mm A 3 Mm Comprovada Com Laudo Técnico Creditado Pelo Inmetro. Medida 10 Cm X 10 Cm.	Duo Derm- CGF /Covatec	10	9	8	9	9	9	9,0	90%	(A) Aprovado
5	Curativo De Alta Absorção, Estéril, Recortável, Composto Por Dupla Camada De Fibras De Carboximetilcelulose Sódica Unidas Por Fio De Celulose Regenerada, Sem Associações De Alginato De Cálcio Ou Espuma De Poliuretano, Com Absorção Local E Vertical E Com Prata Iônica Dispersada de Forma Homogênea e Aprimorado com Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético, Cloreto De Benzetônio. Tamanho 15 X 15Cm. Embalagem Inteira, Adequada Ao Método De Esterilização, que Garanta a Esterilidade do Produto e Permita a Abertura Asséptica, Número de Lota, Prazo de Validade de No Mínimo de 01 Ano e Registro no Ministério da Saúde e Anvisa.	Aquacel extra AG+ /Convatec	10	10	10	7	9	9	9,2	92%	(A) Aprovado
6	Pasta Hidroativa Feito Em Gelatina, Pectina e Carboximetilcelulose-Sódica em Veículo a Base de Óleo Mineral. Embalagem Com Tubo De 30gr.	Duo Derm pasta /Covatec	8	9	9	7	8	8	8,2	82%	(A) Aprovado

8	Placa de Alginato De Cálcio e Sódio de Alta Absorção, Derivado de Algas Marinhas, 240g Por M² Composto por Duas Moléculas De Ácido Guluronônico para Cada Ácido Manurônico. Capacidade De Absorção 40g/1g De Placa. Medida De 10cmx10cm.	Koltostat/ Convatec	10	8	8	8	9	8	8,5	85%	(A) Aprovado
10	Barreira Protetora de Pele em Spray, Composta Por Siloxanos e Silica Triaminada (100% Silicone), de Uso Tópico que Não Deixa Resíduos, Permitindo Imediata Aplicação de Adesivos. Não Contém Corantes Ou Fragrância. Não Estéril. Frascos 28ml.	Aquacel Foam- Convatec	10	8	7	8	9	8	8,3	83%	(A) Aprovado
Anotações Técnicas: Produtos entregues e analisados. Todos aprovados.											

Membros da Comissão presentes na análise

  
Cássia Rafaela Faccio

  
Joice Aparecida Soares Pinto

  
Elisângela Marciela Lopes