



Análise de documentação

ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL HOSPITALAR
PROCESSO Nº 020/2019/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019**

Objeto: Registro de preços para Aquisição de insumos necessários ao tratamento do Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

Empresa	Documentação	Parecer
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Licença de Funcionamento Nacional da Vigilância	OK
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	Licença de Funcionamento Nacional da Vigilância	OK
DAKFILM COMERCIAL LTDA	Licença de Funcionamento Nacional da Vigilância	OK

Empresa	Documentação	Parecer
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Registro dos Produtos	OK
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	Registro dos Produtos	OK
DAKFILM COMERCIAL LTDA	Registro dos Produtos	OK



Conclusão:

Atesto para devidos fins que as empresas citadas acima apresentaram em conformidade as documentações complementares exigidas no edital.

08 de ABRIL de 2019

Cássia Rafaela Faccio
Membro da Comissão

Elisângela Marciela Lopes
Membro da Comissão

Joice Aparecida Soares Pinto
Membro da Comissão



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL HOSPITALAR PROCESSO Nº 020/2019/PMES PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019

Objeto: Registro de preços para Aquisição de insumos necessários ao tratamento do Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PREÂMBULO

No dia 04 de abril de 2019, às 9: 30 hs min, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal de Socorro, situada à Av José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, SP, a Comissão para análise dos produtos e materiais de uso hospitalar, **Elisangela Marciela Lopes, Cássia Rafaela Faccio, Joice Aparecida Soares Pinto**, designados através da Portaria 7935/2018, para avaliação dos materiais.

REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu a avaliação das amostras apresentadas pelas empresas:

**EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
DAKFILM COMERCIAL LTDA
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**

3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 - Para fins de avaliação técnica das amostras dos materiais e/ou produtos apresentados serão analisados os seguintes itens:

- * Densidade do produto;
- * Durabilidade e Resistência;
- * Rentabilidade;



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



- * Composição Química nos termos do Edital;
- * Especificações nos termos do Edital;
- * Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da seguinte metodologia:
 - Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;
 - Verificação através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade;
- * Realização de testes para averiguar a qualidade.
- * Apresentação - Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto.

Serão, considerados aprovados, apenas os produtos e/ou materiais que obtiverem índice igual ou superior a **80% (oitenta por cento)** de aceitabilidade.

Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, fica estabelecido o seguinte critério:

- Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima, atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte nomenclatura:
- Q = NOTA ATRIBUÍDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;
- D = NOTA ATRIBUÍDA À DURABILIDADE;
- R = NOTA ATRIBUÍDA À RENTABILIDADE;
- C/B = NOTA ATRIBUÍDA AO CUSTO/BENEFÍCIO;
- EMB = NOTA ATRIBUÍDA À EMBALAGEM;
- COMP. = NOTA ATRIBUÍDA À COMPOSIÇÃO;

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação					
Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.
9,5	8	8,5	9	8	10

- O próximo campo a ser preenchido será o da média aritmética seguindo a seguinte fórmula:
Soma das notas estabelecidas nos itens acima especificados e divididas por 06 (seis);

Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação						Média
Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.	
9,5	8	8,5	9	8	10	8,833
8	7	8	8	8	9	8

- A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada a nota média, sendo que para mensuração desta porcentagem deverá ser multiplicada a nota da média pelo fator 10 (DEZ).

Ex:

Média: 8,833

Percentual: $8,833 \times 10 = 88,33\%$



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



→ Para fins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com a especificação do produto, o nº do item ao qual corresponde e sua marca;

→ O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:

- Quando o item for considerado compatível com as necessidades do setor solicitante, será considerado **APROVADO**, devendo constar a seguinte expressão **(A)**;
- Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante, será considerado **REPROVADO**, devendo constar a seguinte expressão **(R)**;

EXEMPLO:

1) Avaliação de cada produto e/ou material:

Item	Produto	Marca	Notas da Comissão Avaliação						Média	% de Aceitação	(A) Aprovado (R) Reprovado
			Q	D	R	C/B	EMB	COMP			
01	SERINGA	ABC	9,5	8	8,5	8,5	8	10	8,75	87,5%	(A)
02	TIRAS REAGENTES	Y	8	7	8	8	8	9	8	80	(A)

→ As anotações técnicas deverão ser feitas sempre que houver necessidade de justificar o motivo pelo qual determinado produto e/ou material foi reprovado durante a análise e testes.

ANOTAÇÕES TÉCNICAS:

Ex: TIRAS REAGENTES

TIRAS REAGENTES: No teste verificou-se que o produto não apresentou a capacidade solicitada e sem leitura em monitor não atendia os termos do edital.



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



3.2 – As empresas licitantes poderão ofertar várias marcas de produtos para cada item, sendo que para tanto, deverão apresentar amostras de cada marca ofertada.

3.3 – Caso as empresas ofereçam mais de uma marca por item, somente serão aceitos os itens que forem aprovados na análise de amostras.

3.4 - As empresas licitantes poderão ofertar várias marcas de materiais para cada item, sendo que para tanto, deverão apresentar amostras de cada marca ofertada.

3.5 - A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou os laudos de análise, individualmente por empresa, sendo os mesmos laudos anexados a presente ata.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presente ata será disponibilizada, em sua íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), no link de licitações/comunicados para ciência dos interessados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Toda a sessão transcorreu de forma tranqüila, segue abaixo os itens avaliados.

***INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**
Item nº 1 APROVADO

*** DAKFILM COMERCIAL LTDA**
Item nº 3 APROVADO
Item nº 4 APROVADO



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



*** EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES
LTDA**

Item nº 2 APROVADO

**Cássia Rafaela Faccio
Membro da Comissão**

**Elisângela Marciela Lopes
Membro da Comissão**

**Joice Aparecida Soares Pinto
Membro da Comissão**



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



TRABALHO DE TODOS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

Data: Socorro, 04 de Abril de 2019.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL HOSPITALAR
PROCESSO Nº 020/2019/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019**

Forneecedor:	DAKFILM COMERCIAL LTDA					
Endereço:	RUA OURO GROSSO 1343					
Bairro:	CASA VERDE		Fone:	19 38578766	Cidade:	SÃO PAULO
CEP:	02531-011					
E-mail:			UF:			
I. E. nº:			CNPJ nº:		61613881/0001-00	


Item	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Média	% de Aceitação	Resultado Final
		Q	D	R	C/B	EBM.	COMP.			
3	Seringa 0.5ml para insulina - 50 UI com agulha fixa de 6mmX0,25mm - 31 G - Atóxico, capacidade de 50 UI, descartável, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50 UI, com divisões de 01 em 01 unidades; com agulha fixa hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco) extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Dimensões: 6mm x 0,25MM - 31 G, confeccionado em aço inoxidável, silicônico, nivelado, polida cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, embalada de material que permita barreira microbiana e abertura asséptica.	9	9	9	8	9	9	9	88%	(A) Aprovado

[Handwritten signature]


	Seringa 1ml para insulina - 100 UI com agulha fixa de 6mmX0,25mm - 31 G - Atóxico, capacidade de 100 UI, descartável, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100 UI, com divisões de 02 em 02 unidades, com agulha fixa hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco) extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Dimensões: 6mm x 0,25MM - 31 G, confeccionado em aço inoxidável, siliconizado, nivelado, polida cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, embalada de material que permita barreira microbiana e abertura asséptica.	SR	9	9	9	8	9	9	9	88%	(A) Aprovado
Anotações Técnicas: Item 3 e 4 APROVADO											

Membros da Comissão presentes na análise


Cassia Rafaela Faccio


Elisângela Marciela Lopes


Joice Aparecida Soares Pinto



LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL HOSPITALAR
PROCESSO Nº 020/2019/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019

Item	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Média	% de Aceitação	Resultado Final	
		Q	D	R	C/B	EBM.	COMP.				
1	Lanceta Retrátil. Em aço inoxidável calibre de 28g, 0.36mm com lâmina perfurcortante autoretátil, não permitindo ser remontada ou reutilizada, e que dispense o uso de lancetador. Em conformidade com NR 32 do Ministério do Trabalho e ANVISA. Com Registro no Ministério da Saúde	INJEX	9	9	9	8	7	9	9	85%	(A) Aprovado

Membros da Comissão presentes na análise

Carla Faccio
Cassia Rafaela Faccio


Elisângela Marciela Lopes


Joice Aparecida Soares Pinto

Joice Aparecida Soares Pinto



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro



Data: Socorro, 04 de Abril de 2019.

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL HOSPITALAR
PROCESSO Nº 020/2019/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019

Fornecedor:	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA		
Endereço:	AVENIDA PIERRE SIMOM DE LA PLACE 751		
Bairro:	TECNNO PARK		
CEP:	13069-320	Fone:	19 37587900
E-mail:			
I. E. nº:	UF:	CNPJ nº:	0410673/0001-22

Item	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Resultado Final
		Q	D	R	C/B	EBM.	COMP.	
2	ONE TOUCH SELECT PLUS- FLEX /LIFESCAN J&J	8	8	8	9	9	9	85% (A) Aprovado
2	ONE TOUCH SELECT PLUS- FLEX /LIFESCAN J&J	9	9	9	9	9	9	90% (A) Aprovado
Anotações Técnicas: Item 2 APROVADO								

Membros da Comissão presentes na análise

Cássia Ratzlaff Faccio

Elisângela Marciela Lopes

Joice Aparecida Soares Pinto